biomnis
BIOLOGIE MÉDICALE SPÉCIALISÉE

QUANTIFERON-TB GOLD®
Mode d'emploi

ATTENTION, seul ce protocole est valide pour les envois à Biomnis



CONTENU DU KIT :

1
- 3 tubes spécifiques pour prélèvement sanguin (**Mitogène** = tube violet, **Antigène TB** = tube rouge, **Témoin négatif** = tube gris)
- 1 aiguille 21G x 1/2''
- 1 corps de pompe



Prélever le sang par ponction veineuse.
Remplir les 3 tubes jusqu'à la marque noire.

2 **Noter que le vide est prévu pour un prélèvement de 1ml et que le tube se remplit lentement.**
NB : En cas d'utilisation d'une épi crânienne, purger préalablement la tubulure avec un tube sec.



Le délais entre le prélèvement et le traitement doit être le plus court possible, il ne doit pas excéder 16 heures

3 **Secouer vigoureusement les tubes 10 fois.**
Si vous avez bien secoué le tube, le sang doit mousser. Ceci n'endommage en rien les lymphocytes. Sans cela, le test n'est pas correctement réalisé.



4 Immédiatement après l'agitation, **incuber les tubes verticalement à 37°C pendant 16h à 24 heures** (non conforme au-delà).



5 Après l'incubation, **centrifuger les tubes pendant 15 mn.**
Un gel séparateur isolera le plasma des globules rouges.
Ne pas ouvrir ou décanter les tubes.



6 Conserver et envoyer les tubes à +4°C.
(Stabilité 4 semaines à +4°C).

LES TUBES NON INCUBÉS ET/OU NON CENTRIFUGÉS NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

K4P
avril 2011